

## طبقه بندی وسایل دندانپزشکی



لوازم دندانپزشکی بر اساس نوع کار و خطر بالقوه انتقال عفونتشان در سه گروه دسته بندی می شوند:

۱- وسایل بحرانی ( Critical ):

این وسایل در بافت نرم نفوذ کرده یا با استخوان تماس پیدا می کنند .  
مانند : وسایل جراحی ، سر سوزن  
وسایل بحرانی باید با روش استریلیزاسیون حرارتی استریل شوند و یا پس از مصرف دور انداخته شوند

۲- وسایل نیمه بحرانی ( Semi critical ):

این وسایل در بافت نرم نفوذ نکرده و با استخوان تماس پیدا نمی کنند ، ولی با مخاط یا پوست ناسالم تماس دارند .  
مانند : آینه های دندانپزشکی ، فیل نگهدارنده ها

وسایل نیمه بحرانی باید با روش استریلیزاسیون حرارتی استریل شوند و یا در صورت حساس بودن به حرارت توسط مواد ضد عفونی کننده قوی ، ضد عفونی شوند.



۳- وسایل غیر بحرانی ( Non critical ) :

این وسایل فقط با پوست سالم بیمار تماس پیدا می کنند  
مانند : سر / تیوپ دستگاه رادیو گرافی ، کابینت ها

وسایل غیر بحرانی ، در صورت آلوده شدن ، باید توسط مواد ضد عفونی کننده متوسط ضد عفونی شوند.

